

令和7年度

除細動器

仕様書

壱岐市消防本部

総則

1 目的

この仕様書は、壱岐市消防本部（以下「当消防本部」という。）が令和7年度に購入する携帯型モニタリング機能付除細動器（以下「除細動器」という。）について必要な事項について定める。

2 品名及び数量

品名及び数量は下表のとおりとする。

	品名	数量	単位
1	携帯型モニタリング機能付除細動器 X series AX-12CESN 602-2121011-36 (旭化成ゾールメディカル)	2	台
2	レッドリューザブルケーブル4 (約1.2m) 8000-0330-36	2	本
3	LNCS 成人用リューザブルセンサ (約0.9m) 8000-0294-36	2	本
4	LNCS 小児用リューザブルセンサ (約0.9m) 8000-0295-36	2	本
5	心電図誘導ケーブル (10 電極) - I E C グラバータイプ TI83000812	2	本
6	USB フラッシュドライバーX series 用 8000-000473	2	個
7	マイクロストリーム アドバンス挿管用フィルターライン 25 個入/箱 8300-000208-36	2	箱
8	SurePower バッテリチャージャー (シングル) 8200-000100-01-36	2	式
9	リューザブルカフ乳児用 REUSE-07-2MQ-36	2	個
10	リューザブルカフ小児用・小 REUSE-08-2MQ-36	2	個
11	リューザブルカフ小児用 REUSE-09-2MQ-36	2	個
12	リューザブルカフ成人用・小 REUSE-10-2MQ-36	2	個
13	リューザブルカフ成人用 REUSE-11-2MQ-36	2	個
14	リューザブルカフ成人用・大 REUSE-12-2MQ-36	2	個
15	リューザブルカフ大腿部用 REUSE-13-2MQ-36	2	個
16	デモ用成人用電極パッド (CPR Stat-Padz) 8900-0190	2	個
17	1 2 誘導心電図シミュレータ 8012-0206	2	個
18	Surepower II 充電式バッテリー	2	式

3 機能・性能

- (1) 医療用具（除細動器）として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）上の承認を得ていること。
- (2) 出力波形は二相性波形であること。
- (3) J R C 蘇生ガイドライン2020に対応する機器であること。
- (4) 耐用期間7年以上の機器であること。
- (5) バッテリ待機寿命が4年以上であること。

4 保守点検

別途、メーカーに発注する。(見積額に含まないこと。)

5 納入期限 令和7年9月30日(火)

6 納入場所 壱岐市消防本部(壱岐消防署・郷ノ浦支署) 長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

7 納入条件

- (1) 高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること。
- (2) メーカー保証は、本体納入後1年間とし、保証期間内に故障した場合は、受注者が対応すること。
- (3) 受注者は、物品を当消防本部指定の場所に納入し検収を受けること。また、納入後、機器の取扱いについて取扱い説明及び指導を行うこと。
- (4) 納入時まで同等以上の性能を有する新開発・発売された本体及び付属品を備える場合は、当消防本部担当職員と協議し承認を得ること。

8 注意事項

- (1) 入札書に記載する金額は消費税抜きで記載すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項については、当消防本部担当職員と協議し、その指示に従うこと。