

令和8年6月26日

設計図書等(参考資料を含む)の質問に対する回答書

物品番号 : 8巻文ス第272号

物品名 : 文化スポーツ振興課自動体外除細動器(AED)

吉岐市長 篠原 一生



上記物品に対する質問について、回答いたします。

番号	質問事項	回答
1	「解析開始からショック開始まで 10 秒以内」とありますが、弊社応札予定のAEDは、エネルギー充電時間は、8 秒以内(解析論理の起動から 200J通電可能までの時間。新品バッテリーにて+20°Cのとき)となっております。こちらでもよろしいでしょうか。	問題ありません。
2	「カラー液晶画面」とありますが、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AEDを使用する際に混乱する恐れがあるため、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	「キャリングバックに全ての用品が収納可能」とありますが、キャリングバックに収納する物は、AED本体、予備パッド、AED用救急セットでよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	「AED収納BOX: AEDBOX-1MC」とありますが、弊社取扱いのAEDボックス (AE-B0050) でよろしいでしょうか。	「承認願」をご提出ください。
5	「AEDベネハートCZ」とありますが、日本光電工業製AED3250 を同等品と承認いただけますでしょうか。性能表を添付しま	「承認願」をご提出ください。

	<p>すので、回答をお願いします。</p>	
6	<p>「修理」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い、原状復帰します。</p> <p>そのため、修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
7	<p>「AED使用後のメンテナンス」とありますが、具体的にどのような対応を想定されておりますでしょうか。</p> <p>AEDの点検を想定している場合、平成 21 年 4 月 16 日厚生労働省通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」で求められるのは、①ステータスインジケータのチェック、②パッドの使用期限チェック、③バッテリー残量のチェックであり、応札予定のAEDはセルフテストで十分に対応していますので人員による点検は不要としてよろしいでしょうか。</p> <p>それとも、今回の応札金額に使用期限に伴う消耗品交換費用と、AED使用時に交換が必要な消耗品費用を含むものでしょうか。</p> <p>その場合、新しい消耗品は、AED設置先に送付する運用でよろしいでしょうか。</p>	<p>①「AED使用後のメンテナンス」については、実際の使用後に再度使用する場合、不具合等(セルフテストでのエラーを解消できないなど)がある場合の対応を想定しています。</p> <p>②使用期限に伴う消耗品(パッドやバッテリー)の交換費用は、今回の金額には、含みません。</p> <p>そのため、使用期限が切れる前に別途購入する予定です。</p> <p>なお、新しい消耗品の送付先は、岐阜市文化スポーツ振興課(岐阜市郷ノ浦町)を想定しています。</p>
8	<p>「回収」とありますが、産廃法の下取り行為として産業廃棄物収集運搬業の許可なく引き取りが可能であると考えてよろしいでしょうか。弊社は産業廃棄物処理業者ではないため、産業廃棄物処理にかかるマニフェストの写しの提出はできませんがよろしいでしょうか。</p> <p>また下記についてお教えていただけますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存 BOX の種類 ・大きさ(概ねの高さ×幅×奥行き) ・重さ 	<p>①回収したAED本体及び収納BOXを産業廃棄物収集運搬業の許可業者へ持ち込んでもらい、その際に発行されるマニフェスト伝票の写しを提出いただくことを想定しています。</p> <p>②既存ボックスについては、参考資料に写真を載せておりますのでご確認ください。</p>

	・取り付け形態(壁固定、床アンカー固定等)	
9	別表「既存の収納BOXをそのまま使用」とありますが、既存設置の収納ボックスのAEDが収納可能な内寸をお教えてください。収納が厳しい場合、予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体(キャリングケース付き)脇のボックス内空きスペースに収納させて頂く運用、またはキャリングケースを外して保管させて頂く運用でもよろしいでしょうか。	質問 8 の②での回答内容に同じです。 お考えの運用方法で構いません。
10	「撤去費などの経費も含む」とありますが、こちらの撤去費は既存設置機器の撤去費で、今回納品するAED及びボックスの撤去費は含まない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

(担当課名:文化スポーツ振興課)